

รายละเอียดคุณลักษณะ  
อุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน 12 ตัว


แต่ละตัวมีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์คัดแยกฝุ่นขนาดเล็กสำหรับ Respirable Dust (4.0 ไมครอน)
2. สามารถเก็บตัวอย่างตามมาตรฐานของ ACGIH โดยแนบเอกสารและ/หรือหลักฐานการรับรองมาตรฐานในวันยื่น  
เสนอราคา
3. สามารถใช้ได้ตามมาตรฐาน NIOSH method 0600 และNIOSH method 7500
4. โครงสร้างทำมาจากอลูมิเนียม
5. ใช้ร่วมกับตลับเก็บตัวอย่างและที่จับไซโคลน ขนาด 25 มม. หรือ 37 มม.
6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อตัว มีดังนี้
  - 6.1 ตลับเก็บตัวอย่าง ขนาด 37 มม. จำนวน 2 ชุด
  - 6.2 กล่องเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 กล่อง
7. ผู้เสนอราคาต้องทำการสาธิตพร้อมอบรมการใช้งานให้กับบุคลากรของหน่วยงานจนสามารถใช้งานได้
8. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี




(อาจารย์วรรณลักษณ์ แสงไสดา)

ผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ




(อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญา)



(อาจารย์ ดร.สายหยุด มุลเพชร)

ผู้ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี)